



GAU UIL ASL ROMA 5
Colleferro 07/12/25

Al Direttore Generale ASLRM5
Dott.ssa S. Cavalli

Al RSPP aziendale
Dott. S. Perna

Loro Sedi

Oggetto: Risoluzione tecnica problematiche Cistoclisi Urologia P/O Colleferro.

La scrivente organizzazione sindacale UILFPL chiede quanto in oggetto con l'adeguamento al TU n 81/2008 sicurezza lavoro.

Sono passati ormai mesi da quando gli operatori del servizio hanno segnalato ai preposti che l'aspiratore, necessario allo smaltimento dei liquidi di lavaggio continuo della Cistoclisi misto a sangue, non funziona.

Tutto ciò determina un rischio sia di danni fisici alla schiena e sia di gravi rischi infettiviologici, frequenti sono gli schizzi di liquido biologico al personale o la caduta dello stesso nella stanza durante le operazioni di svuotamento delle pesanti sacche.

Alla luce di quanto sopra la UILfpl si riserva di intraprendere tutte le iniziative proprie del sindacato affinché ci sia un celere e positivo riscontro.

Si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore del GAU UIL FPL
[Handwritten signature]
Mauro Maurizio

Delegato UIL FPL
Massimiliano Ionta

[Handwritten signature]